

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 42/2017/M/GATE

na zakup chromatografu cieczowego z detekcją DAD / HPLC dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie w ramach programu: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1: Wspieranie działalności B + R przedsiębiorstw.

Projekt pt. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II”
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0010/17

DATA ZAMIESZCZENIA: 01.12.2017r.

MIEJSCOWOŚĆ: Kiełpin

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin

OGÓLNY ADRES INTERNETOWY ZAMAWIAJĄCEGO

www.celonpharma.com, telefon: 022 7515933

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Podmiot prywatny

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej /NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej /NIE

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW

Rozpoczęcie: GRUDZIEŃ 2017

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW

Zakończenie: GRUDZIEŃ 2017

PROCEDURA

Zapytanie ofertowe

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Dostawców oraz opublikuje informacje w Bazie Konkurencyjności.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Celon Pharma S.A. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Celon Pharma S.A. do zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 38900000-4

DODATKOWĄ SPECYFIKACJĘ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM:

Celon Pharma SA ul. Główna 48, 05-152 Kazuń Nowy

osoby kontaktowe: Krzysztof Abramski

krzysztof.abramski@celonpharma.com

Termin składania ofert do dnia 08-12-2017r.

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Podane parametry wymagane mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie choćby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Chromatograf cieczowy z detekcją DAD / HPLC składający się z:

Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca)
<p>Moduł pompy</p> <p><u>Parametry wymagane</u></p> <ul style="list-style-type: none">Przepływ fazy ruchomej w zakresie 0,001 – 5,000 ml/min w krokach co 0,001 ml/min.Czterokanałowa pompa z funkcją mieszania eluentów po stronie niskiego ciśnienia.Automatyczne dobieranie pH i zawartości składnika organicznego fazy ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania.Praca w trybie elucji gradientowej i izokratycznej.Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 650 bar w pełnym zakresie przepływów.Co najmniej 11 krzywych charakteryzujących tworzenie gradientu (włącznie z liniową, stopniową wklęsłą i wypukłą).Co najmniej dwie ścieżki analityczne wybierane z poziomu oprogramowania o różnej objętości martwej, przy czym różnica objętości ma być nie mniejsza niż 200 µl.Automatyczne dobieranie pH i mocy jonowej fazy ruchomej, zadane z poziomu oprogramowania. <p><u>Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):</u></p> <ol style="list-style-type: none">Zintegrowany degazer czterokanałowy dla 4 rozpuszczalników fazy ruchomej.Automatyczne płukanie uszczelek tłoków.Czujnik wycieku eluentu.Precyzja przepływu fazy ruchomej nie gorsza niż 0,075% RSD.Dokładność przepływu fazy ruchomej nie gorsza niż ±1% RSD.Automatyczna i ciągła kompensacja ściśliwości składników fazy ruchomej bez konieczności udziału użytkownika.Automatyczna synchronizacja pompy z momentem wprowadzania próbki dla poprawy powtarzalności czasu retencji.Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12.	

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca)
<p>Moduł automatycznego podajnika próbek</p> <p><u>Parametry wymagane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatyczne procedury dodawania reagentów derywatyzujących, mieszania i wprowadzania próbki po derywatywacji. ▪ System mycia igły wykorzystujący zawsze świeży rozpuszczalnik. ▪ Zakres objętości wprowadzanej próbki od 0,1 µL do 50 µL, z możliwością zwiększenia do 1000 µL. ▪ Współczynnik korelacji dla liniowości wprowadzanej objętości próbki nie gorszy niż 0,999 w całym zakresie objętości. ▪ Autosampler na standardowe fiołki 2 ml lub płytki 96-dołkowe i 384-dołkowe. ▪ Termostatowanie próbek w zakresie nie mniejszym niż od 4°C do 40°C. <p><u>Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precyzja dozowania próbki nie gorsza niż 0,075% RSD. 2. Dokładność objętości wprowadzanej próbki poniżej 1% RSD w zakresie 0,5 µL – 0,9 µL, poniżej 0,5% RSD w zakresie 1,0 µL – 4,9 µL, poniżej 0,25% RSD w zakresie 5,0 µL – 1000 µL. 3. Błąd przeniesienia (<i>carry-over</i>) nie większy niż 0,002%. 4. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek. 5. Możliwość poboru próbek z kilku fiołek i przeniesienia do oddzielnej fiołki. 6. Podajnik próbek mieszczący co najmniej 95 fiołek o pojemności 2 ml. 7. Czujnik wycieku eluentu. 8. Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12. 	
<p>Moduł termostatu kolumn</p> <p><u>Parametry wymagane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Możliwość zainstalowania kolumn chromatograficznych o wymiarach: długość 300 mm, średnica wewnętrzna 7,8 mm. ▪ Praca w zakresie temperatur od 4°C (lub poniżej 15°C temperatury otoczenia) do 65°C. <p><u>Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 2 pkt):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwość zastosowania zaworu do przełączania kolumn. 2. Praca w zakresie pH pomiędzy 2 a 12. 	

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca)
<p>Moduł detektora spektrofotometrycznego UV-Vis</p> <p><u>Parametry wymagane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość nie większą niż 1,2 nm i porównywalność widm UV-VIS przy zachowaniu maksymalnej czułości. ▪ Zakres długości fali nie mniejszy niż 190 nm – 800 nm. ▪ Jedna lampa deuterowa. ▪ Liczba diod 512. ▪ Optymalizacja lampy deuterowej zapewniająca stałość wyników (widm UV-VIS) w miarę starzenia się lampy. ▪ Zwiększenie czułości w zakresie widzialnym bez stosowania lampy halogenowej. ▪ Możliwość niezależnego ustawiania stałej czasowej filtra i szybkości próbkowania. ▪ Pojemność celki pomiarowej nie większa niż 9 µl. ▪ Opcjonalne celki pomiarowe o drodze optycznej 3 mm lub 25 mm w celu optymalizacji detekcji. ▪ Maksymalna szybkość próbkowania nie mniejsza niż 80 Hz. <p><u>Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr, suma 8 pkt):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szerokość szczeliny zmieniana z poziomu oprogramowania. 2. Cella pomiarowa przepływowa, eliminująca efekty refrakcji podczas pracy w gradiencie. 3. Szum linii bazowej nie większy niż 10×10^{-6} AU. 4. Dryf nie większy niż 1×10^{-3} /AU/h/°C. 5. Liniowość odpowiedzi w zakresie nie mniejszym niż 2 AU. 6. Automatyczne porównanie wyników z bibliotekami widm, badanie czystości pików (do czterech zanieczyszczeń). 7. Długość drogi optycznej nie mniejsza niż 10 mm. 8. Maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 1000 psi. 	

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego towaru (Wypełnia wykonawca)
<p>Dodatkowe <u>Parametry wymagane:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumaryczny poziom hałasu chromatografu cieczowego nie większy niż 65 dB. ▪ Możliwość sprzęgania i rozprzęgania momentu nastrzyku i startu gradientu. ▪ Pełna współpraca chromatografu cieczowego z systemem Empower 3. ▪ Licencja na podłączenie systemu chromatograficznego do sieci Empower 3. ▪ Pełna diagnostyka systemu z zachowaniem danych na czas co najmniej 96 godzin. ▪ Narzędzia do kwalifikacji systemu chromatograficznego. ▪ Narzędzia do kwalifikacji modułu typu LAC/E. ▪ Dodatkowy moduł wspomagający automatyczny podajnik próbek z możliwością stosowania do 21 dodatkowych kaset 384-dołkowych (w sumie 8064 próbek) lub 10 kaset 48-pozycyjnych na fiołki 2 ml (w sumie 480 próbek) oraz z możliwością stosowania płytek o różnych formatach: 96-dołkowe, 384-dołkowe, 48- pozycyjne na fiołki 2 ml i 24-pozycyjne na fiołki 4 ml. ▪ Czas wymiany płytki pomiędzy modułem wspomagającym automatyczny podajnik próbek a automatycznym podajnikiem próbek nie dłuższy niż 15 sekund. ▪ Dodatkowy moduł wspomagający automatyczny podajnik próbek powinien umożliwiać termostatowanie próbek w zakresie od 4°C do 40°C w krokach 0,1°C. 	

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

Wymagania dodatkowe	
Prospekt katalogowy	Wraz z ofertą należy dostarczyć prospekty producenta poświadczające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem (dopuszczalne w języku angielskim)
Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoryzowany serwis na terenie Polski, posiadający minimum 2 inżynierów przeszkolonych w zakresie obsługi i serwisowania spektrometru mas i chromatografu cieczowego. ▪ Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze) w formie kontaktu telefonicznego z użytkownikiem, poprzez e-mail lub zdalną diagnostykę. Dla czynności niewymagających przyjazdu serwisu, tego typu reakcja powinna być bezpłatna. ▪ Czas usunięcia wady/usterki od zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni robocze (przyjazd inżyniera). ▪ Czas usunięcia wady/usterki w przypadku konieczności importu części z zagranicy nie dłuższy niż 14 dni. ▪ Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. ▪ W okresie gwarancji, zakres czynności serwisowych obejmujący wszystkie koszty związane z naprawą urządzeń i kosztami części zamiennych. ▪ Przegląd po upływie pierwszego roku gwarancji (z wymianą części zalecanych przez producenta) połączony z następującą po nim kwalifikacją systemu, wykonaną nie później niż 13 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany podzespołu w okresie gwarancji na nowe, wolne od wad, jeśli autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw tego samego podzespołu/elementu, będącego przedmiotem zgłoszenia serwisowego. ▪ Kupującemu przysługuje prawo do wymiany urządzenia, jeśli w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw i wymienił co najmniej raz minimalnie 3 elementy główne, będące przedmiotem zgłoszenia serwisowego, a urządzenie nadal wykazuje wady/usterki uniemożliwiające jego pełne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (naprawa samego podzespołu jest niemożliwa).
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika

Czas realizacji: do 6 tygodni od daty zamówienia

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

- Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
- Oferent powinien posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną i laboratoryjną do przygotowania urządzenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna umożliwiać wykonanie zamówienia.
- Termin płatności każdej wystawionej faktury powinien wynosić co najmniej 30 dni.
- Płatność podzielona na transze uzależniona od postępu realizacji zamówienia.
- Formularz „Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym” należy złożyć razem z ofertą.

KRYTERIA OCENY OFERT:

- cena 50% (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
- jakość 50% (muszą zostać spełnione wszystkie parametry wymagane)

SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI:

Kryterium	Waga [%]	Punkty	Sposób oceny wg wzoru
Cena	50%	26	Cena najtańszej oferty $C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Oferowana cena}} \times 26 \text{ pkt}$
Jakość	50%	26	Suma zdobytych punktów $D = \frac{\text{Suma zdobytych punktów}}{\text{Maksymalna liczba punktów}} \times 26 \text{ pkt}$
Razem	100 %	52	

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + J$$

gdzie:

- L – całkowita liczba punktów
- C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”
- J – punkty uzyskane w kryterium „Jakość”

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.: +48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061

Adres i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin, Łomianki, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
2. Oferta musi być złożona nie później niż do dnia **08.12.2017r.** Jeśli wysłana pocztą tradycyjną lub kurierem, ofertę uważa się za złożoną jeżeli wpłynęła do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu wskazanym jako ostateczny termin składania ofert .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do **15.12.2017r.**

Prezentacja ofert:

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta musi wskazywać:
 - a. numer zapytania ofertowego
 - b. datę sporządzenia,
 - c. Dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli są dostępne),
 - d. zawierać szczegółowe informacje na temat zgodności proponowanego urządzenia ze specyfikacją,
 - e. jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz należny podatek,
 - f. jeśli złożona przez Oferenta działającego poza granicami Polski: cenę ofertową netto oraz informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatków w ofercie cenowej.
3. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań personalnych lub kapitałowych z Zamawiającym". Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Numer zapytania ofertowego powinien pojawić się również w tytułach poczty elektronicznej, tradycyjnej lub kurierskiej.
5. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
6. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Dostawcy.

VII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej <http://celonpharma.com/category/zapof/>

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT ZAKŁADAJĄCYCH PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY Z CO NAJMNIEJ 30-DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI.

CELON PHARMA S.A.

Biuro: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki / Kiełpin, Dział R&D: ul. Mokra 41A, 05-092 Łomianki / Kiełpin,
tel.:+48 22 751 74 78; fax: +48 22 751 74 77 e-mail: info@celonpharma.com, www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego

Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek, **Wysokość kapitału zakładowego:** 4.500.000 PLN

KRS: 0000437778, **NIP :** 118 16 42 061