

19.11.2021

Oferenci biorący udział w postępowaniu.

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr: 01/2021/CELONKO/ROCZNE

PYTANIE

Dot. Zestawu 2

1. Oferent informuje Zamawiającego, że zestaw odczynników do analiz UltraSeek, umożliwiający przeprowadzenie 384 reakcji (pozycja numer 4) o numerze katalogowym: 27501, jest dostępny jedynie dla systemów MassARRAY wyposażonych w nanodispenser ChipPrepModule (CPM).
2. Czy Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż do wykonania analiz w technologii UltraSeek niezbędny jest poza statywem magnetycznym na probówki 1,5-2ml (pozycja numer 5) o numerze katalogowym: VP-772F3, również statyw na mikroplatyki: Magnetic Separation Plate, 96 Well PCR Microplates, o numerze katalogowym: VPS-VP771LD-4CS, udzieli informacji czy posiada w/w statyw lub czy będzie wymagał jego zaoferowania, aby zapewnić sprawne wykonanie powyższych analiz?

Odp: W związku z tym że Zamawiający nie posiada w chwili obecnej MassARRAY wyposażonych w nanodispenser ChipPrepModule (CPM), punkt obejmujący zestaw odczynników do analiz UltraSeek zostanie wykreślony z zestawu.

Zamawiający

Celon Pharma S.A.

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kielpin
05-092 Łomianki, Polska
telefon: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS; 0000437778
Kapitał zakładowy: 5 100 000 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com