



Kazuń Nowy, 10.11.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA NR 219/2022/M/RNA

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrumentu bez zaworu pętli, niemniej jednak umożliwiającego przeprowadzenie procesu wieloetapowego oczyszczania w swojej podstawowej konfiguracji?

Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrumentu bez wspomnianego zaworu, jednakże zamawiający chciałby aby dostarczony instrument posiadał możliwość rozbudowy w przyszłości o zawór pętli umożliwiający jednoczesne podłączenie kilku pętli do urządzenia, pozwalający na wieloetapowe procesy oczyszczania, przechowywania frakcji pośrednich, z możliwością pominięcia pozostałych pętli

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrumentu, nie posiadającego możliwości obniżonego zużycia energii elektrycznej w stanie czuwania?

Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrumentu nie posiadającego możliwości obniżonego zużycia energii elektrycznej w stanie czuwania.