



Kazuń Nowy, 04.11.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ POTENCJALNYCH OFERENTÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 243/2022/G/RNA

Dot. Komory do pracy jałowej II klasy bezpieczeństwa

- 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę wyposażoną w filtry o skuteczności 99,995% zapewniające 3 klasę czystości wg normy ISO 14644.1?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę wyposażoną w filtry o skuteczności 99,995% zapewniające 3 klasę czystości wg normy ISO 14644.1
- 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wysokości zewnętrznej 2345 mm?**
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach z uwagi na przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mamy możliwości wstawienia komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne.
- 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wysokości wewnętrznej 740 mm?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o wysokości roboczej 740mm. Jednakże wysokość zewnętrzna komory nie może być większa niż 2195mm, jak podano w specyfikacji załączonej do zapytania ofertowego nr 243/2022/G/RNA. Nie mamy możliwości wstawienia komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne
- 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat 4- dzielny?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę wyposażone w blat 4 dzielny.
- 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z bokami pełnymi?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z bokami pełnymi.
- 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wnętrzem wykonanym w całości ze stali nierdzewnej?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wnętrzem wykonanym w całości ze stali nierdzewnej.
- 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez regulacji natężenie światła, lampa umieszczona w przedniej części komory, gwarantująca warunki bezcieniowe w komorze?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę bez regulacji natężenie światła z lampą umieszczoną w przedniej części komory, gwarantującą warunki bezcieniowe w komorze.
- 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z mediami w ścianie tylnej?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z mediami w ścianie tylnej.



- 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika pracującego przy komorze – parametr, tylko jednoznacznie wskazujący na jednego Producenta?**

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika pracującego przy komorze, ze względu na dbałość o maksymalne bezpieczeństwo pracowników.

- 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę licznikiem, ale nie godzinowym czasu pracy wentylatora oraz czasu pracy lampy UV?**

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o takich parametrach.

- 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez systemu redukcji szumów?**

Odp. Zamawiający NIE dopuszcza komorę z bez systemu redukcji szumów ze względu na umieszczenie komory w pomieszczeniu, gdzie wymagane jest utrzymanie jak najniższego natężenia hałasu.

- 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wyświetlaczem LED, wyposażoną w membranowe przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel bez odstających elementów (typu pokrętło) i łatwo zmywalny.**

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wyświetlaczem LED, wyposażoną w membranowe przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel bez odstających elementów (typu pokrętło) i łatwo zmywalny.

- 13. Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości zewnętrznej 1545 mm (bez podstawy)? Komora będzie dostarczona wraz z regulowaną podstawą.**

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach z uwagi na przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mam możliwości wstawienia komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne. Na podstawie informacji o wysokości komory (pyt1) oraz wysokości podstawy (pyt 4) wysokość oferowanej przez państwa komory to 2345 – 2645mm.

- 14. Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości roboczej 740 mm? Wyższa przestrzeń robocza jest dla Zamawiającego korzystniejsza, ponieważ umożliwia np. umieszczenie pod komorą wyższego sprzętu.**

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o wysokości roboczej 740mm. Jednakże wysokość zewnętrzna komory nie może być większa niż 2195mm, jak podano w specyfikacji załączonej do zapytania ofertowego nr 243/2022/G/RNA. Nie mamy możliwości wstawienia komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne.

- 15. Czy Zamawiający dopuści komorę z panelami (osłonami) zewnętrznymi ze stali malowanej proszkowo, pokrytej warstwą powłoki antybakteryjnej na bazie kationów Ag+, zamiast obudowanych tworzywem ABS?**



Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z panelami (osłonami) zewnętrznymi ze stali malowanej proszkowo, pokrytej warstwą powłoki antybakteryjnej na bazie kationów Ag+, zamiast obudowanych tworzywem ABS.

16. Czy Zamawiający dopuści podstawę o wysokości regulowanej w zakresie 800- 1100 mm?

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na przestrzeń, w której są one planowane do wstawienia. Nie mam możliwości wstawienia komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne. Na podstawie informacji o wysokości komory (pyt1) oraz wysokości podstawy (pyt 4) wysokość oferowanej przez państwa komory to 2345 – 2645mm.

17. Czy Zamawiający dopuści komorę z wbudowanym oświetleniem LED o max. natężeniu >1200 lux, umieszczonym w przedniej górnej części obszaru roboczego? Umieszczenie oświetlenia LED w przednich narożnikach nie ma znaczenia funkcjonalnego, zaś znacznie ogranicza konkurencyjność zapytania. Oświetlenie o natężeniu >1200 lux zapewnia optymalną widoczność i nie męczy wzroku.

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wbudowanym oświetleniem LED o max. natężeniu >1200 lux , umieszczonym w przedniej górnej części obszaru roboczego.

18. Czy Zamawiający dopuści 2 gniazdka elektryczne, zamiast gniazdka podwójnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z dwoma gniazdkami elektrycznymi, zamiast gniazdka podwójnego.

19. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści komorę bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika?

Odp. Zamawiający NIE dopuści komór bez czujnika wykrywającego obecność użytkownika pracującego przy komorze, ze względu na dbałość o maksymalne bezpieczeństwo pracowników.

20. Czy Zamawiający dopuści komorę o poziomie głośności <54 zgodnym z normą EN 12469, bez możliwości zmniejszenia go? Zazwyczaj możliwość redukcji poziomu szumów jest związana z redukcją prędkości przepływu powietrza, co może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo operatora.

Odp. Zamawiający NIE dopuszcza komory bez systemu redukcji szumów ze względu na umieszczenie komory w pomieszczeniu, gdzie wymagana jest utrzymanie jak najniższego natężenia hałasu. Wymagany poziom głośności komory to do 37 decybeli.

21. Czy Zamawiający dopuści komorę z dotykowym panelem sterującym, zamontowanym w panelu przednim komory, o wymiarze 7”?

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z dotykowym panelem sterującym, zamontowanym w panelu przednim komory, o wymiarze 7.



Dot. Komory do pracy jałowej

- 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach zewnętrznych 830 x 652 x 925 mm (szer. x wys. x gł)?**
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, wymiary są takie jak podano w zapytaniu ofertowym.
- 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach wewnętrznych 732 x 380 x 580 mm (szer. x wys. x gł)?**
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, oczekiwane wymiary są takie jak podano w zapytaniu ofertowym.
- 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z oświetleniem 600 lux?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z oświetleniem 600 lux.
- 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybami ze szkła?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z szybami ze szkła.
- 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wagą 75 kg?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wagą 75 kg.
- 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez filtra EU3?**
Odp. Zamawiający NIE dopuszcza komory bez filtra wstępnego klasy EU3.
- 7. Czy Zamawiający dopuści komorę o następujących wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 830 x 652 x 925 mm i wymiarach wewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 732 x 380 x 580mm?**
Odp. Zamawiający NIE dopuści komór o podanych przez Państwa wymiarach. Z uwagi na sprzęt, który ma być umiejscowiony pod komorami oraz przewidziane prace, oczekiwane wymiary są takie jak podano w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na wstawienie komór o znacząco większych wymiarach niż podano w zapytaniu ofertowym z uwagi na ograniczenia przestrzenne
- 8. Czy Zamawiający dopuści komorę o max. poborze prądu 200 W?**
Odp. Zamawiający dopuszcza taki pobór prądu.
- 9. Czy Zamawiający dopuści komorę o max. poziomie oświetlenia 600 lux?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z oświetleniem 600 lux.
- 10. Czy Zamawiający dopuści komorę o wadze 75 kg?**
Odp. Zamawiający dopuszcza komorę z wagą 75 kg.



11. Czy Zamawiający dopuści komorę, w której średnia prędkość przepływu powietrza wynosi 0,4 m/s, co jest zgodne z normą ISO 14644-1 dla komór ISO 3?

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę ze średnią prędkością przepływu powietrza wynoszącą 0,4 m/s, co jest zgodne z normą ISO 14644-1 dla komór ISO 3.

12. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu, aby całkowita objętość powietrza była nie większa niż 452 m³/h? Producent oferowanych przez nas komór nie określa tego parametru.

Odp. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od padania tego parametru.