



1/2026/Z/HERLICON

Załącznik nr 2

W związku z realizacją projektu nr 2024/ABM/08/00113 pod nazwą **Rozwój pierwszego w swojej klasie bispecyficznego koniugatu przeciwciała-lek (ADC) nowej generacji, jednocześnie celującego w komórki nowotworowe i komponent immunologiczny w terapii guzów litych (HERLICON)** CELON PHARMA SA z siedzibą w Kielinie ogłasza postępowanie na dostawę:

Zestaw naczynia szklanego z płaszczem termostatującym, pokrywą oraz kompletnym wyposażeniem, w pełni kompatybilnego ze stelażem reaktora Reactor-Ready Pilot firmy Radleys.

Poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy uczestniczący w procedurze powinni zaproponować urządzenie o parametrach równych lub przekraczających te wskazane poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Minimalne wymagane parametry	Parametry oferowanego przedmiotu (do wypełnienia przez oferenta)
1.	Kompatybilność systemowa i przeznaczenie	
1.1	Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu muszą być w 100% kompatybilne z systemem stelaża i automatycznych szybkozłącz reaktora szklanego Reactor-Ready Pilot (firmy Radleys) .	
2.	Naczynie procesowe z płaszczem	
2.1	Pojemność robocza naczynia: 20 litrów .	
2.2	Konstrukcja: naczynie szklane, cylindryczne, wyposażone w płaszcz termostatujący (grzewczo-chłodzący).	
2.3	Wyposażenie zintegrowane w zestawie naczynia: - Pręt z końcówką mieszającą turbinową wykonaną z PTFE, - Czujnik temperatury w osłonie z PTFE, - Komplet dedykowanych złączek termostatujących.	
3.	Pokrywa naczynia reakcyjnego	
3.1	Przeznaczenie: dedykowana do naczyń systemu Reactor-Ready Pilot (rozmiar kołnierza DN200).	
3.2	Konstrukcja i materiał: wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego.	
3.3	Konfiguracja portów/szyjek: 6-cioszyjna o następujących szlifach laboratoryjnych:	

Celon Pharma S.A.

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kielin
05-092 Łomianki, Polska
Telefon: +48 22 751 59 33
faks: +48 22 751 44 58
E-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS: 0000437778
Kapitał zakładowy: 5 103 500 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com



	- 1 x B19 - 1 x B24 - 1 x B29 - 2 x B34 - 1 x B45	
4. Elementy uszczelniające i prowadzące		
	O-ring uszczelniający pokrywę:	
4.1	- Średnica dopasowana do kołnierza naczynia: 200 mm, - Materiał: rdzeń silikonowy w całości pokryty fluoropolimerem FEP (FEP-encapsulated silicone) zapewniający wysoką odporność chemiczną i elastyczność.	
	Prowadnica mieszadła:	
4.2	- Przeznaczona do montażu w szlifie centralnym/portowym B34, - Materiał wykonania korpusu i uszczelnień dynamicznych: PTFE, - Zapewniająca szczelne i bezsmarowe prowadzenie prętów mieszających.	
5. Wymagania formalne i ogólne		
5.1	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany w jakimkolwiek laboratorium oraz nieekspozowany na konferencjach lub imprezach targowych.	
5.2	Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o spełnianiu europejskich wymogów bezpieczeństwa.	
5.3	Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty prospekty producenta (dopuszczalne w języku angielskim) poświadczające zgodność oferowanego sprzętu z powyższym opisem.	
5.4	Wraz ze sprzętem dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania.	

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)

Celon Pharma S.A.

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kielcin
05-092 Łomianki, Polska
Telefon: +48 22 751 59 33
faks: +48 22 751 44 58
E-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS: 0000437778
Kapitał zakładowy: 5 103 500 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com