



Załącznik nr 2

Dotyczy zapytania ofertowego 87/2026/M/RNA

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005 o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA (TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform)

Współfinansowanego przez **Agencję Badań Medycznych**

firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kielinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania

Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieekspozowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z transportem, instalacją, walidacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni zaproponować urządzenie o parametrach tożsamy lub wyższych od wskazanych poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia Oferent)
Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania	
1.1. Wymagania funkcjonalne	
System ostrzegania o gorącej płycie	
Regulacja prędkości za pomocą pokrętła lub panelu dotykowego	
Wyświetlacz pokazujący aktualną prędkość	
Wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę	
Możliwość pracy ciągłej	

Celon Pharma S.A.

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kielin
05-092 Łomianki, Polska
telefon: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS: 0000437778
Kapitał zakładowy: 5 391 150 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com



1.2. Wymagania danych	
Brak wymagań	
1.3. Wymagania techniczne	
Mieszanie objętości ok. 10 L, nieprzekraczające 30 L	
Minimalny zakres prędkości mieszania od 100 do 1500 rpm	
Powierzchnia płyty odporna na działanie kwasów, zasad i alkoholi	
Wymiary płyty nie mniejsze niż 200x200 mm i nie większe niż 300x300 mm	
Zasilanie z gniazda 230 V	
1.4. Wymagania interfejsów	
Brak wymagań	
1.5. Wymagania środowiskowe	
Brak wymagań	
1.6. Inne wymagania	
Transport, wniesienie, instalacja	
Szkolenie	
Gwarancja 24 miesiące	
Kwalifikacja	

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)

Celon Pharma S.A.

Biuro główne: Ogrodowa 2A, Kielpin
05-092 Łomianki, Polska
telefon: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: info@celonpharma.com

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
KRS: 0000437778
Kapitał zakładowy: 5 391 150 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
www.celonpharma.com